

Relevé des contrôles positif négatif Strep A

Date 10 novembre 2017	
Nom	Innovacon Strep A Rapid Test Strip, prélèvement pharyngé
# de lot	STA 7020060
date expiration	2019-02-00
Contrôle positif	ok deux barres roses
Contrôle négatif	ok une barre rose
fait par :	Annie Tremblay, T.M.

Date	
Nom	
# de lot	
date expiration	
Contrôle positif	
Contrôle négatif	
fait par :	